GE64 排 CT 球管	个	1
GE64 排 CT 高压油箱	个	2
GE64 排 CT 准直器控制版	个	1

具体参数及要求：

序号	设备名称	计量单位	数量	参数及要求
1	GE64 排 CT 球管	个	1	1、提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准
				2、阳极热容量：5.0MJ
				3、管套热容量要求不小于 7.7MJ
				4、焦点数量：≥两个
				5、焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤ 0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm
				6、焦点功率要求最大≥72KW
				7、120KV 时最大毫安输出不低于 600mA
				8、管套出线窗口 FOV（Field of View）尺寸：40mm
				9、支持 0.35 秒每圈的高速旋转
				*10、提供全新 7M 液态轴承球管，规格型号：2137130-17
				11、阳极靶面角度：7 度
				12、提供经年检有效的营业执照

				13、提供球管与 CT 整机匹配的 SFDA 认证报告
2	GE64 排 CT 高压油箱 hemit tank	个	1	1、 备件号：2246223-7 2、 中文名：旋阳油箱 3、绝缘：一次绕组与二次绕组之间 75 kV 绝缘 4、功能： 1）罐内有 3 台绝缘变压器，高压连接至单相定子封板接收来自旋转板的三相连接 2）密封罐体 3）将三相连接传输至变压器 5、联合球管，匹配机器使用
3	GE64 排 CT 高压油箱 HV TANK	个	1	1、备件号：2214527-4 2、中文名：高压油箱 3、最高允许温度：67 ℃ 4、输入：三相直流 400VDC～800VDC 5、变频范围：40 kHz～140 kHz 6、输出电压：80 kV～140 kV 7、联合球管，匹配机器使用
4	GE64 排 CT 准直器控制版	个	1	1、备件号：5775035 2、中文名：准直器控制板 3、功能： 1）控制准直器，实现 0.625 mm～10 mm 层厚控制 2）控制特殊部位散射线滤除功能 4、联合准直器，匹配球管和机器使用