

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	驻马店市中心医院
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统，1套
拟采购产品金额	246万元
采购项目所属项目名称	驻马店市中心医院高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	246万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述： <p>根据驻马店市中心医院实际情况和业务技术发展需要购置1套高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统。进口高清电子胃肠镜能够提供更清晰、更细腻的图像，能够更加清晰、仔细地观察消化道内壁的微小组织和隐藏病变，显著提高消化道早癌及癌前病变的诊断率。进口内镜高频手术系统具备多模式切割功能，支持切割交替输出，在复杂手术中能精准控制组织损伤范围，降低穿孔风险；国产内镜高频手术系统在大功率稳定性、组织愈合质量等方面仍有差距，难以满足高难度手术的安全要求。</p> <p>高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统属于高级精密设备，机器的硬件和软件影响着成像质量，国产设备相较于同类进口设备，在图像清晰度、产品操作性、产品稳定性、耐用性等方面都存在一定差距。</p> <p>综上所述，目前国产高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统还不能完全满足临床需求，故申请采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	

医院拟采购高清电子胃肠镜及内镜高频手术系统，此类产品在日常临床工作中，进口设备在成像效果手术中的切割、凝血精细度和可靠度上，优势仍较为明显。对于微小病变和范围较难判断的病变来说，特殊光学增强功能和智能染色功能以及“双屏模式”，均可明显提高确诊率，并且配合内镜高频手术系统，亦可提高治愈率并降低并发症发生率。目前国产设备还有不足，同意购买进口产品。

专家签字：李冠儒

2025 年 8 月 20 日